

**TUVRheinland**  
**Precisely Right.**

VÝZKUMNÁ LABORATOŘ TUVRHEINLAND POLSKO  
LABORATOŘ PRO VÝZKUM POTRAVIN  
32-020 Wieliczka, Park Kingi 1  
tel/fax/012/278 75 40, / 012/288 30 90

MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ

**Zpráva o provedení testu č. 266265/2013**

Objednatel

PLAST-MED Jan Górka  
NIP: 6810000644  
32-425 Trzemeśnia  
Trzemeśnia 565 Objednávka:  
210/PS13/00119

Způsob odběru/dodání vzorku:  
Rozsah objednaných  
testů a výzkumné metody:

Objekt byl dodán Objednatelem.  
V souladu se zprávou o dohodě s  
klientem č. 14/2013

Datum přijetí pro testování:

7.1.2013

Datum testování:

8.1.2013 - 13.1.2013

Poznámky/Dodatky/Omezení výzkumné metody/ Odkaz  
na odběr vzorku/ Ostatní ujednání:

Žádné

Objekt	Vzorek č.	Výrobní série/šarže č.	Datum výroby Doporučené datum použití	Typ balení	Stav vzorku
Nosní vložky „NoSnorePLUS“ zhotovené z plastu, typ: GFM/2-50 TR1	65	Výrobní série pelet 227 datum výroby pelet 3.4.2012		fólie	Vhodný k testování
Testovaná vlastnost, metoda		Výsledky testu		Požadavky	Parametr
Test mikrobiologické čistoty produktů, Evropská lékopisná metoda. Detekce přítomnosti bakterie z čeledi Enterobacteriaceae. PB-TUV-38, vydání I ze dne 14.2.2011		nepřítomná v 1 g		není relevantní	není relevantní
Test mikrobiologické čistoty produktů, Evropská lékopisná metoda. Detekce přítomnosti Candida albicans. PB-TUV-71, vydání I ze dne 16.1.2012		nepřítomná v 1 g		není relevantní	není relevantní
Test mikrobiologické čistoty produktů, Evropská lékopisná metoda. Detekce přítomnosti Escherichia coli. PB-TUV-41, vydání I ze dne 14.2.2011		nepřítomná v 1 g		není relevantní	není relevantní
Test mikrobiologické čistoty produktů, Evropská lékopisná metoda. Detekce přítomnosti Pseudomonas aeruginosa. PB- TUV-40, vydání I ze dne 14.2.2011		nepřítomná v 1 g		není relevantní	není relevantní
Test mikrobiologické čistoty produktů, Evropská lékopisná metoda. Detekce přítomnosti Staphylococcus aureus. PB- TUV-42, vydání I ze dne 14.2.2011		nepřítomná v 1 g		není relevantní	není relevantní

Výzkumná laboratoř  
TUVRheinland Polsko  
Zkušební specialista  
mikrobiologické laboratoře

post@pl.tuv.com  
Druk PO-TUV-2/6 vyd. XI ze dne 30.01.2012

www.tuv.pl